

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈН 17/2017 – “Набавка комплета ресорптивног уградног и потрошног материјала за реконструктивну хирургију лигамената и тетива колена, рамена, шаке и стопала, по партијама“**

**ПИТАЊЕ:**

Molimo Vas za pojašnjenje tehničke specifikacije za partiju 8, stavke 2 i 4, str.48 konkursne dokumentacije, JN 17/2017. Obzirom da stavke 2 i 4 imaju identičnu specifikaciju, da li je u pitanju isti implantat ili je došlo do tehničke greške?

**ОДГОВОР:**

У партији 8, на позицији 4. дошло је до техничке грешке, уместо речи „bez igala“, треба да стоји „sa iglama“.

У Београду, 20.04.2017. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ