

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈН 25/2017 – Набавка санитарског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“**, према спецификацији Наручиоца.

### ПИТАЊЕ:

Pitanja koja se odnose na partiju 41:

1. Stavka 1 je definisana kao „Adapter za vakuum epruvetu“. Obzirom da nije definisano, molimo da pojasnite kakva vrsta adaptera je potrebna, tj. da li je potrebno ponuditi **adapter za vakuum epruvetu sa integrisanim (ugrađenim) luer adapterom, sterilan, pojedinačno pakovan ili drugačiji?** Imajući u vidu činjenicu da je **Vaša ustanova specifična zbog patologije ležećih pacijenata**, ovaj **sofisticirani adapter omogućava lakše uzorkovanje krvi kod pacijenata sa plasiranim IV kanilom i sprečava mogućnost nastanka hemolize**. Dodatno, adapter za vakuum epruvetu sa ugrađenim luer adapterom **ne iziskuje dodatni trošak** za kupovinu luer adaptera čime se dobija proizvod sa dodatnom vrednošću.
2. Opis stavke 6 je „mikroepruvete za kapilarno uzimanje krvi sa levkom NaF i EDTA“. One se, kao i sve mikroepruvete sa sivim čepom koriste za uzorkovanje kapilarne krvi za određivanje glukoze. **Molimo da pojasnite da li je prihvatljivo ponuditi funkcionalno odgovarajuću mikroepruvetu za kapilarno uzimanje krvi (tj. iste namene kao što je tražena), sa smešom aditiva NaF+K-oksalat?** Naglašavamo da se mikroepruveta sa NaF i K-oksaltom do sada koristila u Vašoj ustanovi i da nije bilo reklamacije.
3. U konkursnoj dokumentaciji nije navedena potreba da se uz stavku 12 partije 41 „vakuum epruvete za sedimentaciju 1,5-5ml, očitavanje 30-60 minuta, obezbedi automatski čitač sedimentacije na korišćenje, koji se prema našim saznanjima koristi u Vašoj ustanovi. **Da li je potrebno da se isti ponudi i kog kapaciteta?**

### ОДГОВОР:

1. Како је ставка 1 стандардни адаптер, није потребно да исти буде са интегрисаним луер адаптером, нити стерилан.
2. Комисија за јавну набавку ће, за позицију 6, прихватити и функционално одговарајућу микроепрувету за капиларно узимање крви, са смешом адитива NaF+K-oksalat.
3. Конкурсном документацијом није предвиђено да се обезбеди аутоматски читач седиментације на коришћење и није потребно понудити исти.

### ПИТАЊЕ:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji za Javnu nabavku dobra- **JN 25/2017 – Nabavka sanitetskog potrošnog materijala** u partiji 55 -

KANILA TRAHEOTOMSKA plastična VYGON ili odgovarajući sa istim ili boljim karakteristikama, I.D. 6mm; I.D. 6,5mm; I.D. 7mm; I.D. 7,5mm; ; I.D. 8mm; I.D. 8,5mm iskazao potrebu za 140 traheostomskih kanila, pritom nije iskazana specifikacija veličina, a vreme isporuke je 48h.

S obzirom da ponudjaci finansijski ne može formirati ponudu ukoliko naručilac ne navede specifikaciju onoga što mu je potrebno, odnosno da je naručilac dužan da objavi specifikaciju onoga što želi da nabavi molimo za odgovor na sledeće pitanje:

Da li naručilac može da da specifikaciju traženih veličina traheostomskih kanila?

**ОДГОВОР:**

Како је ЈН 25/2017 покренута кроз отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума на две године са једним добављачем, наведена количина је оквирна, како је и наведено у конкурсној документацији, из ког разлога Наручилац није прецизирао тачне количине по захтеваним величинама, већ само оквирне.

**ПИТАЊЕ:**

Да ли уз понуду треба доставити меницу и менично овлашћење?

**ОДГОВОР:**

Средство финансијског обезбеђења, како је наведено у конкурсној документацији на странама 22, 61, 65 и 66, доставља само изабрани понуђач приликом потписивања оквирног споразума.

Дакле, средство финансијског обезбеђења се не доставља уз понуду.

У Београду, 30.06.2017. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ