

УПРАВИЛА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
У Београду
ОПШТА СЛУЖБА БЕОГРАД

Презимено: 09. 11. 2018			
Оп. Јон.	Број	Панел	Сектор
01	1-1073/5		

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везана за **ЈН 61/2018 - „Набавка гумираног платна –мушеме по спецификацији Наручиоца”**

Питање:

S obzirom na cinjenicu da se radi o tehnickoj robi a ne o modnoj da li mozemo da ponudimo (svetlo) plavu boju koja u potpunosti odgovara trazenoj specifikaciji ?

Одговор:

Наручилац ће прихватити да добро буде светло плаве боје ако у потпуности одговара траженој спецификацији . Наручилац је у конкурсној документацији на стр 11, 20 и 25 затражио и да се достави узорак“ димензије два дужна метра у пуној ширини. Узорак који се достави биће тестиран у стерилизатору који поседује Институт за ортопедско хируршке болести „Бањица“ и који издржава стерилизацију 134 С. Комисија ће по тестирању узорака сачинити Извештај. Понуда Понуђача за гумирану медицинску мушему која се након пробне стерилизације истопи или слепи биће одбијена као неприхватљива.”

У Београду, 09.11.2018.год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИНСТИТУТ ЗА
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ
"БАЊИЦА"
БЕОГРАД, Михаила Пироговића 28