



На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) након поднетог захтева за заштиту права понуђача "DRAGER ТЕХНИКА" Д.О.О. Београд, Ул. Данијелова бр. 12-16, а према Решењу Републичке комисије за заштиту права број 4-00-676/2019 од 14.08.2019. године које је примљено и заведено у писарници Института дана 20.09.2019. године под бројем I-523/24, а целокупна документација/понуде враћене из Републичке комисије по захтеву Наручиоца дана 04.10.2019. године) и Извештаја о сручној оцени понуда број I-523/51 од 28.10.2019. године и члана 23. Статута Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, В.Д. Директора Института доноси:

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
НАКОН ПОНОВНОГ ИЗВЕШТАЈА О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке добара**

„Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“, редни број ЈН 17/2019

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу "MEDISAL" Д.О.О. Београд-Сурчин, Ул. Скојевска бр. 23, број понуде 566/19-р од 25.06.2019, заведена у писарници Института дана 27.06.2019. године под бројем I-523/20 у 9,20 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара – „Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“, редни број ЈН 17/2019.

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број I-523/51 од 28.10.2019. године који је сачинила Комисија за јавну набавку образована Решењем број I-523/2 од 21.05.2019. године.

Образложење

Наручилац је дана 21.05.2019. године донео Одлуку број I-523/1 о покретању отвореног поступка јавне набавке добара „Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“, редни број ЈН 17/2019.

На основу Обавештења Министра здравља број: 401-00-426/7-34/2019-13 од 13.03.2019. године. Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ додељена су финансијска средства за набавку апарата за анестезију – 5 комада.

В. Д. Директора је донео одлуку о усвајању захтева и покретању отвореног поступка, јавне набавке добара, за набавку апарата за анестезију – 5 комада.

Набавка се финансира из средстава Министарства здравља, по обавештењу број: 401-00-426/7-34/2019-13 од 13.03.2019. године, у складу са Планом расподеле средстава за здравствене установе чији је оснивач Република, за набавку опреме и инвестиције и инвестиционо одржавање у 2019. години, број 401-00-426/7-34/2019-13, а на основу Одлуке Управног одбора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ број И-38/16, тачка 4 од 10.05.2019. године донете на седници одржаној дана 08.05.2019. године, којом је усвојена измена Плана јавних набавки за 2019. годину (прва измена и допуна) - позиција 22 – **Апарат за анестезију 5 комада.**

Позив за доставу понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници ИОХБ „Бањица“ дана 27.05.2019.године. Измена Конкурсне документације објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници ИОХБ „Бањица“ дана 31.05.2019. године. Друга Измена Конкурсне документације објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници ИОХБ „Бањица“ дана 13.06.2019. године. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено дана 13.06.2019. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници ИОХБ „Бањица“ дана 13.06.2019. године. Трећа Измена Конкурсне документације објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници ИОХБ „Бањица“ дана 19.06.2019. године. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страници ИОХБ „Бањица“ дана 19.06.2019. године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број I-523/24 од 27.06.2019. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број I-523/25 од 02.07.2019. године који је Наручилац усвојио.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом, на основу кога је представник Наручиоца донео Одлуку о додели уговора и

Одлуку објавио на Порталу Управе за јавне набавке. На донету Одлуку о додели уговора поднет је дана 11.07.2019. године захтев за заштиту права понуђача "DRAGER ТЕХНИКА" D.O.O. Београд, Ул. Данијелова бр. 12-16.

Према Решењу Републичке комисије за заштиту права број 4-00-676/2019 од 14.08.2019. године, примљеног и заведеног у писарници Института дана 20.09.2019. године, којим је усвојен захтев за заштиту права подносиоца захтева и делимично поништен отворени поступак јавне набавке број 17/2019 Наручилац је дана 04.10.2019. године упутио позиве понуђачима број I-523/38, I-523/39, I-523/40, I-523/41 за изјашњење око продужетка рока важења понуда. Даном 04.10.2019. године упућен је позив понуђачима за изјашњење. Понуђачи су доставили писана изјашњења о горе наведеном, чиме је испоштована процедурална обавеза на основу Решења Републичке комисије, у складу са ЗЈН. После завршеног поступка заштите права пред Републичком комисијом, у поступку јавне набавке бр. 17/2019 - „Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“, комплетна документација добијена је од Републичке комисије даном 04.10.2019. године.

Комисија за јавну набавку констатује:

- 1) **Укупан број поднетих понуда за „Набавку апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“: 4 (четири)**

| Назив/име понуђача | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Благовремене понуде | | Неблаговремене понуде |
| 1. | „MEDISAL“ D.O.O. Београд-Сурчин, Ул. Скојевска бр. 23 | / |
| 2. | „DRAGER ТЕХНИКА“ D.O.O. Београд, Ул. Днијелова бр. 12-16 | / |
| 3. | „PROFESIONAL MEDIC“ D.O.O. Ритопек, Ул. Карађорђева бр. 124 А | / |
| 4. | „ARENA MEDING“ D.O.O. Београд, Ул. Драгачевска бр. 13 А | / |

Понуда понуђача „MEDISAL“ D.O.O. Београд-Сурчин, Ул. Скојевска бр. 23, број понуде 566/19-р од 25.06.2019. године, заведена у писарници Института дана 27.06.2019. године под бројем I-523/20 у 9,20 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара – „Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“, редни број ЈН 17/2019 која је благовремена, са роком важности понуде 60 (шездесет дана) са укупном понуђеном ценом 9.884.800,00 РСД без ПДВ-а, односно укупном понуђеном ценом 11.861.760,00 РСД са ПДВ-ом.

Понуда понуђача „DRAGER ТЕХНИКА“ D.O.O. Београд, Ул. Днијелова бр. 12-16, број понуде ПП19-0663 од 21.06.2019. године, заведена у писарници Института дана 27.06.2019. године под бројем I-523/21 у 9,50 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара – „Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“, редни број ЈН 17/2019 која је благовремена, са роком важности понуде 60 (шездесет дана) са укупном понуђеном ценом 9.450.000,00 РСД без ПДВ-а, односно укупном понуђеном ценом 11.340.000,00 РСД са ПДВ-ом.

Понуда понуђача „PROFESIONAL MEDIC“ D.O.O. Ритопек, Ул. Карађорђева бр. 124 А, број понуде 2019-06-25/01 од 25.06.2019. године, заведена у писарници Института дана 27.06.2019. године под бројем I-523/22 у 9,55 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара – „Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“, редни број ЈН 17/2019 која је благовремена, са роком важности понуде 75 (седамдесет пет дана) са укупном понуђеном ценом 10.188.888,00 РСД без ПДВ-а, односно укупном понуђеном ценом 12.226.665,60 РСД са ПДВ-ом.

Понуда понуђача „ARENA MEDING“ D.O.O. Београд, Ул. Драгачевска бр. 13 А, број понуде 246/19 од 21.06.2019. године, заведена у писарници Института дана 27.06.2019. године под бројем I-523/23 у 10,05 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара – „Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“, редни број ЈН 17/2019 која је благовремена, са роком важности понуде 60 (шездесет дана) са укупном понуђеном ценом 20.750.000,00 РСД без ПДВ-а, односно укупном понуђеном ценом 24.900.000,00 РСД са ПДВ-ом.

Како је Решење Републичке комисије за заштиту права број 4-00-676/2019 од 14.08.2019. године примљено и заведено у писарници Института дана 20.09.2019. године под бројем I-523/24, а целокупна документација/понуде враћене из Републичке комисије по захтеву Наручиоца даном 04.10.2019. године, Наручилац је:

- дана 04.10.2019. године упутио позив понуђачима број I-523/38, I-523/39, I-523/40, I-523/41 за изјашњење око продужетка рока важења понуда. Понуђачи су се изјаснили да продужавају рок важења својих понуда, понуђач „DRAGER ТЕХНИКА“ D.O.O. Београд, Ул. Днијелова бр. 12-16, понуђач „MEDISAL“ D.O.O. Београд-Сурчин, Ул. Скојевска бр. 23, понуђач „ARENA MEDING“ D.O.O. Београд, Ул. Драгачевска бр. 13 А, и понуђач „PROFESIONAL MEDIC“ D.O.O. Ритопек, Ул. Карађорђева бр. 124 А су доставили сагласност на продужење рока важења понуда од дана издавања изјашњења и изјаву о продужењу рока важења понуда од дана издавања изјаве.
- У складу са чл. 93 став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дана 11.10.2019. године понуђачу „DRAGER ТЕХНИКА“ D.O.O. упутио захтев за додатно објашњење поступајући по налогу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки да у року од пет дана достави додатно објашњење
- Понуђач „DRAGER ТЕХНИКА“ D.O.O је дана 16.10.2019. године доставио одговор на захтев за додатним појашњењем у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама, које је заведено у писарници Института за ортопедско-хируршке болести „БАЊИЦА“ под бројем И-523/50.

На основу горе наведеног и Решења Републичке комисије за заштиту права понуђача Наручилац је приступио поновној стручној оцени понуда.

2) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

3) Понуђачи чије су понуде одбијене и разлог за њихово одбијање:

Комисија за јавну набавку констатује да је потребно да буду одбијене понуде следећих понуђача:

- „PROFESIONAL MEDIC“ D.O.O. Ритопек, Ул. Карађорђева бр. 124 А
- „ARENA MEDING“ D.O.O. Београд, Ул. Драгачевска бр. 13 А
- „DRAGER ТЕХНИКА“ D.O.O. Београд, Ул. Днијелова бр. 12-16

Понуђач „PROFESIONAL MEDIC“ D.O.O. Ритопек, Ул. Карађорђева бр. 124 А, је доставио понуду број 2019-06-25/01 од 25.06.2019. године, заведену у писарници Института дана 27.06.2019. године под бројем I-523/22 у 9,55 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара – „**Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада**“, редни број ЈН 17/2019 која је благовремена, са роком важности понуде 75 (седамдесет пет дана) са укупном понуђеном ценом 10.188.888,00 РСД без ПДВ-а, односно укупном понуђеном ценом 12.226.665,60 РСД са ПДВ-ом. Комисија за јавну набавку констатује да је наведени понуђач поднео понуду која је преко процењене вредности за ЈН бр. 17/2019 „**Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада**“ и предлаже да понуда понуђача „PROFESIONAL MEDIC“ D.O.O. . буде одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуђач „ARENA MEDING“ D.O.O. Београд, Ул. Драгачевска бр. 13 А, је доставила понуду број 246/19 од 21.06.2019. године, заведену у писарници Института дана 27.06.2019. године под бројем I-523/23 у 10,05 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара – „**Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада**“, редни број ЈН 17/2019 која је благовремена, са роком важности понуде 60 (шездесет дана) са укупном понуђеном ценом 20.750.000,00 РСД без ПДВ-а, односно укупном понуђеном ценом 24.900.000,00 РСД са ПДВ-ом. Комисија за јавну набавку констатује да је наведени понуђач поднео понуду која је преко процењене вредности за ЈН бр. 17/2019 „**Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада**“ и предлаже да понуда понуђача „PROFESIONAL MEDIC“ D.O.O., буде одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуђач „DRAGER ТЕХНИКА“ D.O.O. Београд, Ул. Днијелова бр. 12-16, је доставио понуду број ПП19-0663 од 21.06.2019. године, заведену у писарници Института дана 27.06.2019. године под бројем I-523/21 у 9,50 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара – „**Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада**“, редни број ЈН 17/2019 која је благовремена, са роком важности понуде 60 (шездесет дана) са укупном понуђеном ценом 9.450.000,00 РСД без ПДВ-а, односно укупном понуђеном ценом 11.340.000,00 РСД са ПДВ-ом.

Комисија за јавну набавку је прегледом достављене документације понуђача „DRAGER ТЕХНИКА“ D.O.O. установила следеће:

ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ БР 4 ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ТРАЖЕНО ЈЕ ДА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИСПУЊАВА СЛЕДЕЋИ УСЛОВ :

- Има средишњи радни пулт за писање са осветљењем, горњи пулт и фиоке за раздвојено чување материјала.

Наручилац је техничком спецификацијом навео да апарат треба да поседује фиоке за раздвојено чување материјала. Јасно је дакле да то не може бити једна фиока, већ да се материјал једино може раздвојити у најмање две или више фиока.

Наручилац је понуђачу по овој основи и поставио питање за додатно појашњење:

Из одговора на захтев за додатно појашњење од "DRAGER ТЕХНИКА" D.O.O. од 16.10.2019. године апсолутно неоспорно утврђено је да понуђени апарат Примус има само једну фиоку. Понуђач у додатном појашњењу сада нуди могућност додавања – монтаже додатних фиока на посебном носачу који се монтира на анестезиолошки апарат са стране.

Наручилац не може да прихвати овакву опцију јер могућност конфигурације апарата додатним фиокама у техничкој спецификацији конкурсне документације није предвиђена. Додатно, описано накнадно монтирање фиока на постојећи анестезиолошки апарат повећава и димензије самог апарата за анестезију што Наручиоцу никако не одговара услед ограниченог простора у операционим салама. Наиме, Наручилац је у комплетној техничкој спецификацији захтевао да све буде део апарата са циљем да обезбеди мали компактан уређај са интегрисаним функцијама како би обезбедио савремен уређај, новије генерације без додатних носача, делова црева који захтевају места, и које није могуће једноставно померати са једног краја операционе сале на други. Уједно операционе сале садрже и другу опрему попут дијатермијске јединице, артроскопски стуб, мобилни ренген апарати и сл., те би апарат за анестезију великих габарита и са фиокама на носачима монтираним на страницу апарата, представљао неприхватљиво решење за Наручиоца.

Такође, поменуто опцију "DRAGER ТЕХНИКА" доо није доставила у понуди, већ га је описала као могућност у одговору на захтев за додатно појашњење. Јасно је да Наручилац ово не може прихватити не само зато што је неблаговремено понуђено, већ и зато што је неодговарајуће по техничкој спецификацији, а на првом месту није у складу са потребама Наручиоца.

ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ БР 15 ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 15 ТРАЖЕНО ЈЕ ДА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИСПУЊАВА СЛЕДЕЋИ УСЛОВ:

- Има интегрисан систем за сукцију са мануелном контролом;

Увидом у достављену документацију понуђача "DRAGER ТЕХНИКА" D.O.O. комисија за јавну набавку је утврдила да је исти понудио сукцију која се инсталира на додатним носачима, што јасно подразумева да није интегрисана сукција, као што се може видети и у њиховом одговору и илустрацији од 16.10.2019. године (на страни 57. и 215.).

Комисија за јавну набавку поново напомиње да је овакво техничко решење захтевано у конкурсној документацији због уштеде простора, које је у операционим салама ограничено.

ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ БР 16 ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 15 ТРАЖЕНО ЈЕ ДА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИСПУЊАВА СЛЕДЕЋИ УСЛОВ:

- Има интегрисан систем за одвод отпадних гасова, који има визуелну или звучну алармну индикацију на дисплеју апарата у случају одступања у евакуацији отпадног гаса, или са видљивим маркером протока одводних отпадних гасова на уређају.

У одговору на захтев за додатно појашњење понуђач "DRAGER ТЕХНИКА" D.O.O. навео је да је у понуди решење за **видљив** маркер протока одвода отпадних гасова. Комисија за јавну набавку не може прихватити овакав одговор с обзиром да је тражено да апарат има „визуелну или звучну алармну индикацију на дисплеју апарата или са видљивим маркером протока одводних отпадних гасова на уређају“, што представља захтев да маркер треба да буде видљив од стране анестезиолога, а не од стране техничког особља које мења боце за медицинске гасове. Увидом у понуду понуђача "DRAGER ТЕХНИКА" утврђено је да визуелна индикација **није видљива** осим уколико се медицинско особље не удаљи од пацијента и апарата за анестезију, прође са задње стране уређаја и отвори врата на њему како би се индикатор уочио и утврдило да ли је проток отпадних гасова задовољавајући или не. Наручилац напомиње да овакава

процедура није допуштена у раду анестезиолога с обзиром да исти пацијента не сме да остави без надзора да би извршио све горе наведене радње.

Такође, на страни 21. Упутства за употребу које је достављено у понуди понуђача Драгер технике јасно се види да уређај има врата која би у свакодневном раду требало да буду затворена (јер у супротном и заузимају места у ограниченом простору у операционим салама). Из свега наведеног недвосмислено је јасно да за безбедност анестезије и медицинског особља током оперативне процедуре врло важно да маркер протока мора бити у видном пољу анестезиолога.

ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ БР 20 ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ТРАЖЕНО ЈЕ ДА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИСПУЊАВА СЛЕДЕЋИ УСЛОВ:

- Дисплеј апарата мора бити тоуцхсцреен, величине 15", високе резолуције, који на себи поседује ротирајућу контролну команду за одабир и подешавање.

Захтевана техничка спецификација је да дисплеј апарата за анестезију мора бити тоуцх сцреен величине 15" одговарајуће величине и резолуције, с обзиром да је потребна прегледност свих параметара вентилације на самом апарату за анестезију и могућност подешавања истих. Решење које је понуђено од стране понуђача "DRAGER ТЕХНИКА" D.O.O. да се прегледност свих параметара врши на пацијент монитору није прихватљиво. Наиме, дисплеј анестезиолошког апарата и пацијент монитор нису иста ствар већ потпуно одвојене компоненте које и служе за различите намене. Пацијент монитор који је Понуђач "DRAGER ТЕХНИКА" D.O.O. понудио као решење, који би се уз помоћ протокола Медибус повезао са апаратом за анестезију, не испуњава техничку спецификацију дату у конкурсној документацији с обзиром да је пацијент монитор потребан искључиво за преглед виталних параметара пацијента, док се на дисплеју апарата подешавају и прате параметри вентилације. Увидом у техничку документацију понуђача Драгер техника утврђено је да је понудио апарат за анестезију модел Примус и исти нема Дисплеј апарата минимум 15" на самом апарату како је захтевано, већ се дисплеј налази на додатном носачу у оквиру монитора Виста 120 који је пацијент монитор за приказ виталних параметара пацијента. Такође наведени Виста 120 монитор у њиховом понуђеном решењу би се користио само као прегледни монитор, јер нема могућност одабира и подешавања параметара за вентилацију директно на њему. С обзиром на то, параметри вентилације који су захтевани у ставци бр. 21 и витални параметри пацијента на пацијент монитору који су захтевани у ставци бр. 28 не могу бити приказани истовремено што не представља решење које је тражио Наручилац.

ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ БР 28 ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ТРАЖЕНО ЈЕ ДА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИСПУЊАВА СЛЕДЕЋИ УСЛОВ:

- Модуларни монитор мора да поседује следеће активне параметре мерења: ЕКГ са анализом ST сегмента и анализом аритмије; Респирација; SpO2; Температура; NIBP; IBP (минимално 2 канала); et CO2; Праћење дубине анестезије; Уз најмање један монитор мора бити испоручен модул за транспорт који може радити као засебан уређај. Модул за транспорт мора имати могућност пребацивања у остала четири монитора.

Последњом изменом конкурсне документације Наручиоца додато је следеће: „Модул за транспорт мора имати могућност пребацивања у остала четири монитора“. Такође, у последњој измени избрисан је део опционе надоградње модула за ICP, ICG и модула за мерење нивоа бола, и остављен само транспортни модул, али не као опциона могућност додавања већ као обавезан услов за понуђача како би понуда била прихватљива. Из наведеног је јасно дефинисано да уз најмање један монитор МОРА бити испоручен модул за транспорт који може радити као засебан уређај и који мора имати могућност пребацивања у остала четити монитора.

Увидом у понуду понудача "DRAGER ТЕХНИКА" D.O.O. утврђено је понуђени монитор Виста 120 није модуларни већ компактни монитор. Он нема могућност конфигурације модула од стране самог корисника-анестезиолога у здравственој установи како је захтевано, већ само од стране произвођача у овлашћеном сервису. Такође модул NMT понуђен од стране "DRAGER ТЕХНИКА" није и не може бити адекватна замена за транспортни модул, јер се на њему прати само један параметар, који за транспорт и није значајан, што је јасно наглашено у последњој измени конкурсне документације од 19.06.2019.године.

Из достављене понуде јасно се види да наводи понуђача "DRAGER ТЕХНИКА" и произвођача "DRAGER ТЕХНИКА" нису тачни јер се модуларним не може сматрати компактни монитор у који се убаци кабл и тако „постане“ модуларни. Наиме, модуларним се сматра онај монитор који има модуле који се могу

мењати и додавати у складу са потребама, а не компактни монитор у који се убаци кабл. Кабл је пробор за рад и служи за повезивање компоненти, али није модул. Каблови као прибор за рад су наведени у ставци бр. 36 и не може се сматрати да се каблови који се испоручују као прибор сматрају "модуларним концептом".

Концепт техничког решења "модуларни" пацијент монитор јасно је захтеван у техничкој спецификацији конкурсне документације. Разлози за то налазе се у економичности употребе таквих монитора као и каснијег одржавања (у случају квара једног од модула) уз даље унапређење монитора набавком додатних модула и то на следећи начин:

- у ставци бр. 28, модул за транспорт мора имати могућност пребацивања у остала 4 монитора
- у ставци бр. 37. Уз најмање два монитора, понуђач је дужан да испоручи модул за мерење дубине анестезије који се по потреби и од стране корисника може пребацивати у остала три монитора који несметано морају имати могућност читавања параметара дубине анестезије.

Такође понуђач је дужан да уз најмање два монитора испоручи модул за мерење температуре који се по потреби корисника може пребацивати у остала три монитора који несметано морају имати.

Такође уз најмање један монитор, понуђач је дужан да испоручи модул за мерење ИВР који се по потреби и од стране корисника може пребацивати у остала четири монитора који несметано морају имати могућност читавања параметара ИВР.

Конкурсном документацијом предвиђено је да понуде које садрже мониторе који нису модуларни тј. са могућношћу конфигурације *модула од стране корисника буду одбијене*.

Наручилац напомиње да се у Институту већ користе компактни пацијент монитори, како "DRAGER ТЕХНИКА" тако и других произвођача. Они представљају старију технологију пацијент монитора коју корисник не може самостално конфигурисати у складу са својим потребама. Институт је објавом поступка за набавку 5 апарата за анестезију са модуларним монитором имао за циљ да обезбеди нову технологију пацијент монитора, са модулима који се могу конфигурисати од стране корисника, што у случају модела Виста 120 није могуће, јер је кућиште уређаја компактно и затворено и нема физичких могућности додавања нових модула од стране корисника. Одабир понуђача "DRAGER ТЕХНИКА" D.O.O. и прихватање понуде за пацијент монитор би било у супротности са захтевима техничке спецификације и тиме би се Институт ограничио за каснију конфигурацију од стране корисника. Додатно, тако би били дискриминисани други понуђачи, који су понудили тражене модуларне а не компактне мониторе, који су као старија технологија јефтинији од модуларних.

Због свега наведеног Комисија је утврдила да је понуда понуђача "DRAGER ТЕХНИКА" D.O.O за **„Набавку апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“**, неприхватљива јер не одговара захтеваним техничким карактеристикама Наручиоца и из горе наведених разлога понуда се одбија као НЕПРИХВАТЉИВА.

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда прихватљива:

Комисија је, после стручне оцене понуда утврдила да је понуда "MEDISAL" D.O.O. Београд-Сурчин, Ул. Скојевска бр. 23, број понуде 566/19-р од 25.06.2019. године, заведена у писарници Института дана 27.06.2019. године под бројем I-523/20 у 9,20 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара – **„Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“**, редни број ЈН 17/2019 по цени 9.884.800,00 РСД без ПДВ-а, односно укупном понуђеном ценом 11.861.760,00 РСД са ПДВ-ом благовремено приспела, одговарајућа и ПРИХВАТЉИВА и предлаже Наручиоцу њен избор – доделу уговора (изабрани понуђач извршава набавку без подизвођача).

Како је одговорно лице Наручиоца прихватило предлог Комисије за јавну набавку којом се понуда број 566/19-р од 25.06.2019. године, заведена у писарници Института дана 27.06.2019. године под бројем I-523/20 понуда понуђача "MEDISAL" D.O.O. бира као најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена цена у отвореном поступку јавне набавке добара – **„Набавка апарата за анестезију – 5 комада“**, редни број ЈН 17/2019, одлучено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове Одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права, у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара,
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253;
позив на број: ЈН 17/2019; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ „Бањица“, ЈН 17/2019;
прималац: Буџет Републике Србије (детално упутство:
<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

В. Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Проф. др Зоран Башчаревић

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ
И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

Ксенија Диђелковић, дипл. правник

Сачинила на основу Извештаја Комисије
за јавну набавку број 1-523/51 од 28.10.2019. године:

Милијана Ристановић