

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везана за **ЈН 17/2019 – „Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“**

ПИТАЊА:

Pitanje br. 1

Stavka br. 21 glasi :

Prikazi na kolor displeju aparata: Prikaz 3 krivulje disanja i spirometrijske petlje istovremeno, bargraf prikaz protokomera na ekranu, izmereni pritisci u disajnom putu, frekvencija, disajni i minutni volumen, komplijansa, digitalni prikaz pritisaka gasova iz centralnog dovoda, merene koncentracije za kiseonika, ugljen-dioksida, anestetika, prikaz obračunatog MAC;

Da li prihvatate da stavka br. 21 glasi:

Prikazi na kolor displeju anesteziološke radne stanice: Prikaz 3 krivulje disanja, spirometrijske petlje, bargraf prikaz protokomera na ekranu (prihvatan je i prikaz protoka gasova na anesteziološkoj radnoj stanici), izmereni pritisci u disajnom putu, frekvencija, disajni i minutni volumen, merene koncentracije za kiseonik, ugljen-dioksid, anestetik, prikaz obračunatog MAC;

Pitanje br. 2

U stavkama 28. i 38. ste zahtevali da monitor ima mogućnost nadogradnje dodavanjem transportnog modula sa ekranom koji može raditi kao zaseban uređaj, modula za ICP i ICG i modula za merenje nivoa bola.

Da li prihvatate da ukoliko monitor nema opcionu mogućnost nadogradnje navedenim modulima, ponuđač je u obavezi da uz anesteziološke radne stanice isporuči nezavisni transportni modul za merenje neuromuskulatorne transmisije (NMT), koji meri NMT pomoću TOF scan principa, i može se primenjivati kako u operacionoj sali tokom anestezije, tako i u jedinicama intenzivne nege.

Na ovaj način ćete obezbediti najsavremeniji uređaj za merenje NMT parametara, uz obaveznu isporuku, što predstavlja znatnu prednost u odnosu na samo mogućnost nadogradnje određenim modulima.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1:

Не можемо прихватити одговор на прво питање, јер је неопходно да апарат за анестезију или анестезиолошка радна станица на колор дисплеју има нумерички или графички приказ комплијансе.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2:

Може се прихвати ваш предлог да ако понуђач нема опциону могућност за надоградњу тражених модула може да испоручи независни транспортни модул неуромускулаторне трансмисије (NMT).

У Београду, 10.06.2019. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИНСТИТУТ ЗА
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ
"БАЊИЦА"
БЕОГРАД, Михаила Аврамовића 28