

Поштовани,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРГИКЕ БОЛЕСТИ
"БАЊИЦА"
Бр. 124/2012-14/2015
12.06.2019 20 год.
БЕОГРАД, Микшићева улица бр. 28
Тел: 011 4621 111
Факс: 011 4621 112

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012-14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везана за **ЈН 17/2019 – „Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“**

Pitanje 1:

Stavka pod rednim br.3 :

Prednost imaju aparati sa minimalnim stvaranjem vlage u aparatu i dodatnim obezbeđenjem za smanjenjem vlage između aparata i podstanice.

Molimo Vas da adekvatno preformulišete zahtev, kako bi se omogućilo ponuđačim da pripreme ispravne ponude.

Naime Vaša tabela specifikacije ima predviđenu rubriku za odgovor "da i ne", i nije izražena nikakva uporediva vrednost već stoji "Prednost imaju aparati sa minimalnim stvaranjem vlage".

Ovde podsećamo da već imate upravo u zahtevu pod br. 22 dat opis izgleda disajnog sistema aparata koji se zapravo odnosi upravo na osobinu minimalnog stvaranja vlage u aparatu, obzirom da se u ekstremnim uslovima *minimal flow* režima rada ona najviše i stvara.

Obzirom na zahtev 22. da li možete da prihvatite predlog da izmenite trenutni zahtev br. 3 u celosti tako da on glasi: "Potrebno je da se na delu dovodnog creva za vazduh, između zidnog priključka i aparata za anesteziju između zidnog priključka i aparata za anesteziju, isporuči sigurnosni odvajač vlage ili drugo rešenje, predviđeno za sprečavanje da vlaga uđe u aparat."

Pitanje 2:

Stavka pod rednim br.7:

Osim glavnog, strujnog, poseduje i baterijsko (rezervno) napajanje, minimum 3h i duže

Molimo Vas da objektivno iskažete zahtev saglasno realnom načinu rada i korišćenja aparat za anesteziju u uslovima operacionih sala Vašeg Instituta. Nedvosmisleno je jasno da IOHB Banjica ne radi operacije i anesteziju u sali bez struje preko 3 h i sl. Ovakvim neobjektivnim kriterijumom onemogućavate vodeće svetske proizvođače anestezija ponude svoju opremu.

Da li možete da preformulišete zahtev da objektivno opisuje uslove rada i glasi:

Osim glavnog, strujnog, poseduje i baterijsko (rezervno) napajanje koje omogućava rad do 60 min, a minimum 30 minuta u odsustvu strujnog napajanja?

Pitanje 3A:

Stavka pod rednim br.25:

Prateći pacijent monitor uz aparat mora da poseduje sopstveni kolor displej, touchscreen, veličine min. 12", visoke rezolucije (1280 x 800 ili više), sa rotirajućom komandom"

Anestezijolog se nalazi ispred aparata i pratećeg monitora, svakako na maloj udaljenosti u sali i ne postoji realna potreba, imajući u vidu ukupnu veličinu ekrana i broj parametara i krivih koje tražite, da se insistira na rezoluciji numerički izraženoj, jer podaci koji se prikazuju na monitoru nisu geografska mapa već krupne numeričke vrednosti i krivulje. Sasvim je dovoljna napomena da je monitor visoke rezolucije. Da li možete da preformulišete zahtev da bude objektivn i glasi:

Prateći pacijent monitor uz aparat mora da poseduje sopstveni kolor displej, touchscreen, veličine min. 12", visoke rezolucije, sa rotirajućom komandom?

Pitanje 3B:

Da li možete da izostavite deo teksta u stavci br.25 koji nema logičku vezu sa opisom displeja u toj stavci iu glasi "Posedovanje USB za snimanje događaja i kasnije štampe", razloga što već tražite USB konekciju u stavci br.34?

Pitanje 4:

Stavka pod rednim br.28:

Deo zahteva:

- mogućnost dodavanja transportnog modula sa ekranom koji može raditi kao zaseban uređaj
- mogućnost jednostavne nadogradnje, samo ubacivanjem modula od strane korisni Multi gasni modul, Modul za merenje intrakranijalnog pritiska; OXYCRG, Kalkulator ka za: CO2, lekova; Mogućnost povezi vanja na centralni monitoring, CO, ICG

Upozoravamo vas pravovremeno i molimo da u potpunosti izostavite gore navedni deo teksta iz zahteva br. 28 jer predstavlja opis navodnih opcionih mogućnosti, a koja zapravo nisu deo ove nabavke, niti postoje odobrena i predviđena budžetska sredstva.

Ovako formulisan zahtev ima samo funkciju diskriminacije ponuđača, odnosno eliminaciju iz konkurencije ponuđača koji objektivno mogu da ponude zaista ono što će se realno isporučiti i šta meri monitor, a navodno ne mogu neke nabrojane razne moguće opcije !

Pitanje 5:

Stavka pod rednim br.32:

Monitor mora da poseduje imati 24h Full Disclosure za prikaz krivih parametara EKG, SpO2, invazi vni pritisak, respiracija;

Kako nabavljate aparat za anesteziju sa modularnim monitorom, koji će se koristiti sa namenskim softverom za anesteziju u operacionoj sali, a koji ima već 24h praćenje trenda, smatramo da je 24h Full Disclosure potpuno nepotrebna funkcija, obzirom da se koristi na stacionarnim monitorima koji kontinualno prate pacijenta 24h i više u intenzivnoj nezi. Anestezija procedure ne traju 24h. Možete li da izostavite ovaj zahtev ili nam pojasnite za šta vam u sali treba 24h Full Disclosure?

Pitanje 6 A:

Stavka pod rednim br.38:

Mogućnost nadogradnje dodatnog pribora koji može da se koristi na bilo kom sistemu anestezije (premeštanje po potrebi):

- Modul za merenje dubine anestezije
- Senzor za merenje dubine anestezije--mogućnost nadogradnje modula za merenje nivoa bola tokom anestezije i modula za merenje temperature

Napomena: isporučuje se minimum dva prenosiva modula, koji može da se premešta i koristi po potrebi na svakom od 5 sistema anestezije

Zahtev je konfuzan i kontradiktoran i stvara nedoumicu ponuđačima šta treba zaista da isporuče. U zahtevu br. 28 se već traži jasno merenje dubine anestezije, što znači na svih 5 monitora, a onda u zahtevu br.38 navodi da treba da psotoji zapravo mogućnost nadogradnje modulima za merenje dubine anestezije!?

Molimo da se odlučite. Pri tom, kao i za stavku 28 upozoravamo vas pravovremeno i molimo da u potpunosti izostavite navođenje navodnih mogućnosti opcionih nadogradnji, jer one dakle nisu deo ove nabavke, niti postoje odobrena i predviđena budžetska sredstva i pitanje da li će se uopšte ikada nabavljati. Ovako formulisan zahtev trenutno ima i funkciju diskriminacije ponuđača, odnosno eliminaciju iz konkurencije ponuđača koji objektivno mogu da ponude zaista ono što će se realno isporučiti i šta meri monitor, a navodno ne bi možda mogli gledajući šta se može "možda" nadograditi jednog dana na monitoru !

Shodno tome da li možete da izostavite iz zahteva sve delove teksta: "... mogućnost nadogradnje" i jasno i nedvosmisleno ponuđačima navedete šta se kupuje i isporučuje?

Pitanje 6 B:

Molimo da nam potvrdite da se, saglasno zahtevu br.28, a obzirom na Vašu napomenu u zahtevu br.38, da za nabavku 5 kom aparata za anesteziju sa modularnim monitorom ponuđači zapravo isporučuju samo 2 kom prenosivih modula za merenje dubine anestezije sa senzorima, koji će se premeštati po potrebi?

ОДГОВОРИ:

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и измену објавити на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца.

У Београду, 12.06.2019.год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИНСТИТУТ ЗА
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ
"БАЊИЦА"
Београд, Мезина Аврамовића 28