

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 104/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везана за **ЈН 17/2019 – „Набавка апарата за анестезију са модуларним монитором – 5 комада“**

Pitanje 1:

Stavka pod rednim br.8 :

Konzola aparata ima dodatne strujne utičnice (za prateću opremu); i elektro priključak za Desofluranski vapor

Suština zahteva je da se precizira koliko dodatnih utičnica se traži, jer nije svejedno da li je 1, 2 ili 3. Umesto toga vidi se da je neko ovde dodao opis tehničkog rešenja priključivanja Desfluranskog vaporizera koji koristi strujno napajanje, iako se ovaj uopšte ni ne nabavlja!

Da li možete da preformulišete zahtev, da bude jasna šta se tačno i koliko traži i pravilno naznači zahtev za mogućnošću rada sa Desfluranskim vaporizerom, tako da glasi:

Konzola aparata treba da ima dodatne 3 strujne utičnice i aparat treba da ima mogućnost da koristi Desofluranski vaporizer.

Pitanje 2:

Stavka pod rednim br.9:

Deo teksta "i ekvivalentne savremene modove ventilacije "

U vrlo preciznom zahtevu neko je dodao poptuno neprecizan i neneuporediv " ..i ekvivalentne savremene modove ventilacije", što sada ponuđačim stvara problem kako da pripreme ispravnu ponudu, šta treba da ponude i kako će se to porediti.

Pretpostavljamo da se radi o tehničkoj grešci pa ste hteli da naglasite da se umesto navedenih mogu podnuiti ekvivalentni.

U tom smislu predlažemo korekciju zadnjeg dela zahteva da ispravno glasi ***"...ili ekvivalentne navedenim savremene modove ventilacije"***

Pitanje 5:

Stavka pod rednim br.20:

Displej aparata mora biti touchscreen, veličine ekrana minimum 12", visoke rezolucije, koji na sebi poseduje rotirajuću kontrolnu komandu za odabir i podešavanja;

Obzirom da nabavljate opremu nove generacije za sigurno narednih 10-15 godina rada, a da pri tom u Srbiji svi renomirani svetski proizvođači anestezije opreme imaju registrovane nove modele aparata sa preglednim ekranima od 15" i većim, koji su standardne veličina ekrana za centralizovan prikaz svih bitnih parametara na jednom mestu, nije nam jasno iz koji razloga ste spustili nivo zahteva za novu opremu da anestezija aparat ima 12" ekran. Ovo posebno i iz razloga što nije retko da se u ortopedskoj hirurgiji aparat dislocira na udaljeniju poziciju od standardne. Anestezija aparati sa 12" ekranom su obeležje modela starih 15-20 godina.

Predlažemo da saglasno nameni i premisi da se nabavlja nova generacija opreme, izmenite zahtev da minimalna veličina ekrana bude 15" umesto 12", što bi bilo priemereno.

Pitanje 4:

Stavka pod rednim br.28:

Deo teksta" - minimum jedan monitor sa transportnim modulom sa ekranom koji može raditi kao zaseban uređaj"

Da li je za vas prihvatljivo ukoliko se ponudi minimum jedan prenosivi modularni monitor sa ekranom koji koristi u radu prenosivi hemodinamski modul koji meri EKG, SpO2, temperatura, NIBP, IBP ?

Pitanje 1.

Stavka pod rednim br 21

Prikazi na kolor displeju aparata: Prikaz 3 krivulje disanaj i spirometrijske petlje istovremeno, baragraf prikaz protokomora na ekranu, izmereni pritisci u disajnom putu , frekvenca, disajni i minutni volumen , kompliansa, digitalni prikaz pritisaka gasova iz centralnog dovoda, merenje koncentracije za kiseonik, ugljen-dioksida, anestetika, prikaz obračunatog MAC ili odgovarajući digitalni prikaz traženih parametara ventilacije;

Da li je za naručioca prihvatljivo da aparat za anesteziju poseduje drugačiji prikaz pritisaka gasova iz centralnog dovoda (analogni prikaz)?

Pitanje 2.

Stavka pod rednim brojem 37

Ponuđač može da isporuči minimum jedan nezavisni transportni modul neuromuskulatorne transmisije(NMT).

Molimo Vas da nam razjasnite ovu stavku. Da li se ovde podrazumeva da je neophodno da ponuđač isporuči jedan transportni modul transmisije(NMT) uz aparate za anesteziju?

ПИТАЊЕ:

U skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama, šaljemо вам зашев за додатним појашњењем и изменом конкурсне документације.

Наиме, на страни 19 Конкурсне документације, а у делу прилога бр. 4, односно обрасца испуњености услова из члана 75, 76 и 77 Закона о јавним набавкама,

Под ставком 4 која се тиче важећих дозвола надлежног органа, тачка 3, навели сте да је понуђач у обавези да достави:

“3. Решење-дозвола за обављање послова **промета уређаја који производе јонизујућа зрачења**”.

Имајући у виду да предмет ове набавке није набавка уређаја које се тиче зашевтана дозвола, молимо вас да овај зашев укoлните из Конкурсне документације те и да у складу са тим извршите измену Конкурсне документације за ову набавку.

ОДГОВОРИ:

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и објавити Обавештење о продужетку рока за подношење понуда и измену Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца.

У Београду, 18.06.2019.год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ПРОЦЕДРО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ
“БАЊИЦА”
БЕОГРАД, Милана Аврамовића 28