

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везана за **ЈН 24/2019 – „Набавка операционих лампи за операционе сале Института – 5 комада, по партијама“**

**ПИТАЊА:**

**PARTIJA 1:**

**Pitanje broj 1. GLAVNO SVETLO:** Таčka 10. Техничке спецификације гласи сада:” Promena veličine polja minimalno 18-25 cm”. Obzirom da je tačkom 9. Zahtevana minimalna veličina vidnog polja od 18cm na fiksnom rastojanju od 1m a da se lampa pomera po visini tokom rada u opsegu od ca. 80cm do 120cm preporučena promena veličine polja treba da bude minimaln 17-25cm.

**Da li je za Naručioca prihvatljivo da Таčka 10. Техничке спецификације за GLAVNO SVETLO сада гласи:” Promena veličine polja minimalno 17-25 cm”?**

**Pitanje broj 2. SATELIT SVETLO.** Таčkama 2. i 3. Наручилац је дефинисао интензитет светла најмање 140.000 lux-a и број сјјаличних места минимално 70. Број сјјаличних места није у корелацији са јачином интензитета светла већ искључиво са постизањем високе поузданости током рада.

**Da li je za Naručioca prihvatljivo da Таčka 3. Техничке спецификације за SATELIT SVETLO сада гласи:” Минимално 80 сјјаличних места”?**

**Pitanje broj 3. SATELIT SVETLO:** Таčka 10. Техничке спецификације гласи сада:”Promena veličine polja minimalno 18-25 cm”. Obzirom da je tačkom 9. Zahtevana minimalna veličina vidnog polja od 18cm na fiksnom rastojanju od 1m a da se lampa pomera po visini tokom rada u opsegu od ca. 80cm do 120cm preporučena promena veličine polja treba da bude minimaln 17-25cm.

**Da li je za Naručioca prihvatljivo da Таčka 10. Техничке спецификације за SATELIT SVETLO сада гласи:” Promena veličine polja minimalno 17-25 cm”?**

**ОДГОВОР:**

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и измену објавити на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца.

У Београду, 11.07.2019.год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ