

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈНМВ 25/2019 – „Набавка лабораторијског фрижидера за потребе Одељења за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)“**

ПИТАЊА:

Prilikom zahtevanih tehničkih karakteristika naveli ste da je potrebno da frižider ima temperaturni opseg od -2°C do $+16^{\circ}\text{C}$.

Prema većini peporuka Svetske zdravstvene organizacije, kao i proizvođača lekova i laboratorijskih reagensa standard za čuvanje istih je opseg od $+2^{\circ}\text{C}$ do $+8^{\circ}\text{C}$. Da li je prihvatljivo ponuditi frižider temperaturnog opsega od $+2^{\circ}\text{C}$ do $+14^{\circ}\text{C}$ koji u svemu ostalom ispunjava tražene karakteristike i sve standarde zahtevane za čuvanje lekova i reagenasa?

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при захтевима предвиђеним техничком спецификацијом из конкурсне документације.

У Београду, 12.07.2019. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ