

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за ЈН 37/2019 – „Набавка санитетског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама“.

ПИТАЊА:

Pitanje 1

Da li se podrazumeva da serijski brojevi traženih uzoraka treba da odgovaraju serijskim brojevima na proizvođačkim sertifikatima i sertifikatima nezavisne laboratorije kako bi ponuđači dokazali da nude autentično dobro koje je testirano u laboratorijskoim uslovima na zadate fizičko hemijske parametre.

ОДГОВОР:

Серијски бројеви тражених узорака треба да одговарају серијским бројевима на произвођачким сертификатима и сертификатима независне лабораторије.

ПИТАЊЕ:

U skladu sa Članom 63. Stav 2 Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije (Sl.glasnik 124/12), molim Vas za odgovor da li bi ponuda za kragnu sledećih karakteristika bila prihvatljiva kao odgovarajuća na Vaš zahtev za partiju 14:

- Jednostavna i ujedno laka za korišćenje, sa čičak trakom
- Lako se pere i dezinfikuje
- Daje vašem pacijentu superiornu imobilizaciju vratnog predela kičme.
- Jedna kragna odgovara svim odraslim pacijentima
- Kragna poseduje četiri veličine koje se lako mogu podešiti, ali time mogućnost imobilizacije nije nimalo umanjena.
- Zaključavanjem je osiguran ostanak u izabranoj veličini
- Odabir veličine moguć sa obe strane
- Pogodna za tretman postraumatskih i postoperativnih stanja
- Lak pristup do mesta za proveru pulsa, manevrima za obezbeđivanje gornjih disajnih puteva i vizualizaciji kroz veliki otvor ispred traheje
- Nema delova od gume
- MRI RTG kompatibilna

ОДГОВОР:

Понуда за крагну наведених карактеристика није приватљива као одговарајућа за Партију 14, јер не одговара потребама Наручиоца.

У Београду, 13.09.2019. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ