

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈН 37/2019** – „Набавка санитарског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама“.

ПИТАЊА:

Poštovani,

Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama date dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku JN br. 37/2019 - Nabavka sanitetskog potrošnog materijala za potrebe IOHB „Banjica“:

1. Predmetnom konkursnom dokumentacijom definisane su napomene za partiju 3 kojima se zahteva da ponuđena dobra za sve pozicije budu od jednog proizvođača zbog kompatibilnosti i da ponuđač stavi na raspolaganje kroz korišćenje i isporuči automatski čitač sedimentacije sa 100 mesta. Obzirom na opravdan zahtev za unificiranosti svih proizvoda iz partije 3, da li sledstveno tome postoji potreba za unificiranosti proizvođača automatskog čitača sedimentacije sa 100 mesta i vakuum epruveta za sedimentaciju?

ОДГОВОР:

Не постоји потреба да аутоматски читач седиментације са 100 места и вакуум епрувете за седиментацију буду од истог произвођача.

У Београду, 06.09.2019. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ