

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈНМВ 45/2020 – Набавка електрохируршких генератора, према спецификацији Наручиоца.**

Питање:

Молим Вас за појашњење тендерске документације, ЈНМВ бр. 45/2020 – Набавка електрохируршких генератора, позиција р. бр. 5 :

1. Да ли се ради о инструменту за једнократну употребу?
2. Да ли би прихватили инструмент који нема могућност иригације?

Одговор:

Поштовани,

1. Тражени инструмент је за једнократну употребу;
2. За артроскопске процедуре у ортопедској хирургији је неопходна аблација и сукција у истом инструменту. Ова врста инструмента се користи више година у Институту и представља нашу потребу-самим тим остајемо при захтевима из конкурсне документације.

У Београду, 15.07.2020. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ