

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈН 20/2016 – Набавка хируршких рукавица, по спецификацији Наручиоца.**

ПИТАЊЕ:

У вези са објављеном јавном набавком ЈН бр. 20/2016 и вашим захтевом да се достави оригинално штампано издање произвођача са техничким карактеристикама (Technical Data Sheet), да ли прихватате да се уместо оригиналног документа достави копија оверена од стране Носиоца Решења о упису медицинског средства?

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при свом захтеву да свако штампано издање, којим се доказују све карактеристике из техничке спецификације, мора бити издато од стране произвођача.

ПИТАЊЕ:

Молимо вас да прецизирате како се доказује захтевана карактеристика хируршких рукавица према стандарду ЕН 455-3 за ниво протеина < 30µg/g по „Modified Lowry“ тесту?

ОДГОВОР:

Захтевана карактеристика хируршких рукавица према стандарду ЕН 455-3 за ниво протеина < 30µg/g по „Modified Lowry“ тесту, се доказује Извештајем независне лабораторије за „Modified Lowry“ тест.

ПИТАЊЕ:

У тендерској документацији захтевали сте да вам се као доказ тражених карактеристика достави ОРИГИНАЛНА документација-каталог. Да ли је прихватљиво да се достави фотокопија атеста на немачком језику овлашћене независне лабораторије за утврђивање нивоа протеина по „Modified Lowry“ тесту, обзиром да је оригинал Атеста који има произвођач један и да га произвођач из разумљивих разлога не може доставити за овај тендер јер му је потребан само за његове потребе.

ОДГОВОР:

Извештај независне лабораторије за утврђивање нивоа протеина по „Modified Lowry“ тесту, може бити достављен у облику фотокопије оригинала.

У Београду, 18.04.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ