

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈНМВ 23/2016 – Набавка лабораторијске центрифуге, по спецификацији Наручиоца.**

ПИТАЊЕ:

У техничкој спецификацији сте тражили да центрифуга има крстасти ротор минимум 5000 обр./мин. Пошто крстасти ротори нису прављени за ултра брзине, већ томе служе угаони ротори, а и у медицинским лабораторијама се крв ретко центрифугира на брзини већој од 4.000 обр./мин., да ли је прихватљиво понудити крстасти ротор који постиже брзину од 4.800 обр./мин.?

ОДГОВОР:

Познато је да се на основу брзине центрифугирања, центрифуге деле на:

- споре центрифуге (до 3.000 обр./мин.),
- центрифуге стандардне брзине (5.000-10.000 обр./мин.),
- центрифуге велике брзине (10.000-18.000 обр./мин.) и
- ултрацентрифуге (и до 60.000 обр./мин.).

У складу са овом поделом Наручилац је поставио услов, а што је у складу са добром лабораторијском праксом, а имајући у виду да ће се центрифуга тражених карактеристика користити вишенаменски, не само за потребе Одељења за трансфузиологију, већ и ткивне банке, односно осталих лабораторија Института „Бањица“.

Дакле, из свега наведеног, Наручилац остаје при свом захтеву.

ПИТАЊЕ:

У техничкој спецификацији сте тражили да да капацитет центрифуге буде 4x400мл уз одговарајуће адаптере и капацитет одговарајућих епрувета. Да ли је прихватљиво понудити центрифугу капацитета 4x290мл, са сетом од 4 адаптера за 52 епрувете 10/15мл, 17x113мм заједно сасетом од 4 адаптера за 76 епрувета 5/7мл, 13x110мм?

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при свом захтеву, узимајући у обзир да ће се центрифуга тражених карактеристика користити вишенаменски, како је наведено у одговору на претходно питање.

У Београду, 04.05.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ