

Бр. Г-487/5  
23. 05. 2016 год.  
БЕОГРАД, Михаила Аврамовића бр. 28  
пошт. фах 65

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон) достављамо одговор на постављено питање у отвореном поступку јавне набавке бр. 25/2016 – „Набавка услуге сервисирања и одржавања медицинских апаратов Drager по партијама“, редни број ЈН 25/2016

**ПИТАЊЕ:**

Набавка услуге сервисирања и одржавања медицинских апаратов Drager, по партијама

Прегледом конкурсне документације увидели смо да је иста написана противно Закону о Јавним Набавкама, јер фаворизује само једног понуђача, а то је фирма „Драгер Техника“. Као наручилац, Ви сте у обавези да омогућите учешће и других понуђача на јавним набавкама, а упозоравамо Вас да у овом случају постоји само једна фирма у Србији, и то „Драгер Техника“, која може да поднесе прихватљиву понуду. Молимо Вас да измените конкурсну документацију у складу са Законом, и тако омогућите учешће више понуђача на овој јавној набавци.

**5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**Тачка 6-**

Подтackа 1- Сертификати о способљености два сервисера за сервисирања свих модела апаратова чије је одржавање предмет сервисирања издатим од стране производјача.

Питање бр. 1: Молимо Вас да смањите број сервисера на један (1) како би сте омогућили и другим понуђачима да учествују на овој јавној набавци.

**Одговор на питање бр. 1:**

Полазећи од чињенице да је предмет јавне набавке сервисирање апаратата произвођача Dräger, те значаја који опрема која је предмет сервиса (и у смислу редовног одржавања и у смислу поправки) има са аспекта делатности коју наручилац обавља, наручилац је поставио додатне услове како би обезбедио квалитетну и адекватну реализацију уговора. Искључива намера је обезбеђење да се као учесници поступка јавне набавке појаве понуђачи који имају одговарајући кадровски и технички капацитет. Стим у вези неопходност за два сервисера произилази из чињенице да ми као наручилац који пружа здравствене услуге на одређеној територији Републике Србије не смејмо да дозволимо да због неисправности апаратата нисмо у могућности да пружимо наше законом уређене обавезе према грађанима.

Вођени овом чињеницом, а не стањем међу понуђачима, прописали смо одређене кадровске услове да понуђачи морају да испуне услов о радном ангажману минимум два сервисера. Понуђачима је дозвољено да се удружују или да наступају са подизвођачем као и да ангажују сервисере из земље и иностранства.

Наручилац на основу горе изнетог остаје при својим условима

---

**Податчка 2-** Понуђач је у обавези да достави списак наведене мерне опреме и важећа уверења о еталонирању издата од стране сертикованих лабораторија, према метролошким нормама Републике Србије за класу тачности мерила која се препоручује за употребу од стране производића. Достављена уверења о еталонирању морају бити у вези са опремом за мерење наведеном на списку.

**Питање бр. 2:** Молимо Вас да ову ставку измените тако да се омогући учешће и других понуђача на овој јавној набавци. Многи понуђачи имају мерну опрему еталонирану од стране иностраних сертикованих лабораторија. Поред тога, није нам јасно на ког се производића односи препорука класа тачности мерења: производића опреме, или производића мерног инструмента.

**Одговор на питање бр. 2:**

Конкурсном документацијом постављен је захтев за испуњавање довољних техничких капацитета да понуђач располаже минимумом од опреме наведене у захтеву, а што се доказује достављањем списка опреме за мерење:

- притиска
- концентрације (кисеоника, азотсубоксида и анестетика),
- струје цурења (електро сигурност),
- температуре и влаге,
- сигнала пацијент монитора

*и важећих уверења о еталонирању издата од стране сертикованих лабораторија, према метролошким нормама Републике Србије за класу тачности мерила која се препоручује за употребу од стране производића где достављена уверења о еталонирању морају бити у вези са опремом за мерење наведеном на списку .*

Суштина овог захтева је да наручилац обезбеди сигурност својих пацијената и руковаљаца медицинским уређајима након извршене услуге сервисирања и одржавања апарат. Грешке мерења измерених вредности наведених параметара морају бити у складу са толеранцијом која је дозвољена техничком спецификацијом медицинског апаратса од стране производића медицинског апаратса и која је наведена (толеранција) у упутству за употребу сваког медицинског апаратса који на себи има приказ параметара које задаје руковаљац апаратса, а што је случај код свих модела апаратса који су предмет сервисирања у оквиру Партије 1.

Ради осигурања безбедног руковања апаратом и безбедности самих пацијената након извршеног сервисирања, наручилац је предвидео постављени захтев за испуњавање довољних техничких капацитета и начин његовог доказивања.

Будући да приликом сервисирања, нетачно измерени и подешени параметри могу угрозити живот и здравље пацијената, неопходна је поузданост и тачност мерења. Уколико се користе мерни уређаји који нису у стању да измере физичку величину са заданом толеранцијом, онда тај мерни уређај није одговарајуће **класе тачности**.

С обзиром на вашу констатацију да многи понуђачи имају мерну опрему еталонирану од стране иностраних сертификованих лабораторија, **прихватићемо** достављена уверења о еталонирању и страних сертификованих лабораторија, која морају бити у вези са опремом за мерење, наведене на списку који се доставља.

У смислу горе наведеног, биће измењена конкурсна документација и додатно исправљена накнадно уочена грешка у навођењу минимума опреме за мерење (уместо наведене опреме за мерење „температуре и влаге“ – која није релевантна за моделе апаратса који су предмет сервирања, биће наведено „мерење протока“).

Измена ће гласити:

Да има на располагању минимум од наведене опреме за мерење:

- притиска
- концентрације (кисеоника, азотсубоксида и анестетика),
- струје цурења (електро сигурност),
- протока,
- сигнала пацијент монитора

Понуђач је у обавези да достави списак наведене мерне опреме и важећа уверења о еталонирању издатих од стране сертификованих лабораторија (домаћих и/или иностраних), према важећим међународним метролошким стандардима и нормама који су у званичној примени у Републици Србији. Достављена уверења о еталонирању морају бити у вези са опремом за мерење наведеном на списку.

---

Подтackа 3 – Понуђач је у обавези да достави потврду издату од стране производијача резервних делова за апарате производијача **Drager** или потврду издату од стране другог правног лица овлашћеног од стране производијача да ће понуђач бити снабдевен оригиналним резервним деловима.

Уколико се доставља потврда од другог овлашћеног правног лица, доставити потврду производијача резервних делова на основу које се може утврдити да ће то овлашћено правно лице бити снабдевено оригиналним резервним деловима за све време трајања уговора. Потврде морају да буду састављене на меморандуму и да садрже печат и потпис даваоца потврде.

**Питање 3:** Молимо Вас да ову ставку у потпуности уклоните из конкурсне документације.

**Образложење:** Напомињемо да је захтевање потврде производијача медицинске опреме из предмета Јавне набавке или овлашћеног представништа за територију Републике Србије ничим оправдан те и јасно дискриминишући. Ниједан понуђач не може да достави било који папир који је оверен од стране производијача опреме сем овлашћеног представника производијача, тачније фирме Драгер Техника доо, те је самим тим јасно да Наручилац очигледно имао у виду само једног понуђача приликом порописивања услова за ову јавну набавку.

Одговор на питање бр. 3:

На страни 27 од 53 у склопу захтева наруччиоца и начину доказивања захтева наруччиоца, дословно је наведено следеће:

*Понуђач је у обавези да уграђује оригиналне резервне делове и потрошни материјал у складу са упутствима за правилну уградњу и одржавање произвођача опреме.*

*Понуђач је у обавези да достави потврду издату од стране производићаца резервних делова за апарате производићаца Dräger или потврду издату од стране другог овлашћеног правног лица да ће понуђач бити снабдевен оригиналним резервним деловима.*

Уколико се доставља **потврда** од другог овлашћеног правног лица, доставити потврду производићаца резервних делова на основу које се може утврдити да ће то овлашћено правно лице бити снабдевано оригиналним резервним деловима за све време трајања уговора. Потврде морају да буду састављене на меморандуму и да садрже печат и потпис даваоца потврде

У образложењу Вашег захтева у форми питања под бројем 3 , где захтевате потпуно уклањање овог захтева износите нетачну тврђу да је захтевана „потврда производићаца медицинске опреме из предмета Јавне набавке“ уместо „потврде производићаца резервних делова за апарате производићаца Dräger“ како је наведено у нашем захтеву. Такође нетачно тврдите у образложењу, да је у поменутом захтеву захтевана алтернативно и „потврда овлашћеног представништва производићаца медицинске опреме за територију Републике Србије“, што се може видети да никде није наведено у нашем захтеву и тиме ваше образложение чини не основаним.

Наручилац је дефинисао услове у конкурсној документацији у складу са Законом о ЈН и у складу са својим реалним потребама, опрема за коју се набавља услуга сервиса, је опрема од изузетне важности за функционисање Здравствене установе, с тога је неопходно да се приликом сервиса уграђују искључиво оригинални резервни делови.

Као установа која у свом поседу има медицинске уређаје високе технологије, која може угрозити здравље и живот пацијената одговорно приступамо планирању и реализацији одржавања медицинских уређаја и с тим у вези смо поставили услове које понуђачи треба да задовоље, уједно водећи рачуна о начелу конкуретности.

За наручиоца је, у смислу доказивања овог захтева, прихватљива и потврда другог овлашћеног правниог лица (домаћег или иностраног – без територијалног ограничења) а које није производићац резервних делова за апарате Dräger, да ће **понуђачу** испоручивати оригиналне резервне делове **уз достављање потврде производићаца резервних делова на основу које се може утврдити да ће то овлашћено правно лице (домаће или инострано) бити снабдевано оригиналним резервним деловима за све време трајања уговора.**

Такав захтев не може бити дискриминаторски, те у том смислу остајемо при првобитном захтеву.

---

**Питање бр. 4:**Због добијања већег броја понуда да ли би сте извршили измену и партију број 1 поделили тако што би сте сваки тип апарату ставили у посебну партију?

Ставка: У моделу уговора се наводи члан 10 где пише:

Добављач се обавезује да за наведене апарате достави Решење АЛИМС о дозволи за стављање у промет наведеног добра.

**Одговор на питање бр. 4:**

Наручилац је определио ову набавку у две партије руководећи се, између осталих начела јавних набавки, и начелима економичности. Посебно имајући у виду већ изречено у Одговору бр. 1, остајемо при првобитној подели партија.

---

**Питање бр. 5:** Да ли се овај члан односи само на партију 2 или и на партију 1?

**Образложење:** За сервисирање медицинске опреме није потребно Решење АЛИМС о дозволи за стављање у промет наведеног добра.

**Одговор на питање бр. 5:**

Наведени став : „Добављач се обавезује да за наведене апарате достави решење АЛИМС о дозволи за стављање у промет наведеног добра“ се односи само на Партију 2.

У Београду, 23.05.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ