

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈН 31/2016 – Набавка санитарског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, према спецификацији Наручиоца.**

ПИТАЊЕ:

Молимо Вас да за јавну набавку добара – Санитетски потрошни материјал, ЈН бр. 31/2016, партија 16 ставка 3– Фластери - а у складу са ниже наведеним:

FLASTER na osnovi od Rayon poliestera, širine 5 cm, min duž 900cm, za bolničku upotrebu (fiksacija IV kanila, obrada vlažnih rana), gornji sloj flastera, koji omogućava pisanje po flasteru (jasno vidljivo i bez skidanja). Da ne menja svoja svojstva u dodiru sa vodom. Da se lako kida (bez upotrebe makaza), da ima uzdužno-poprečnu cepljivost, kalem na koji je namotan flaster max širine kao i širina samog flastera.

Тражени Фластер у понуди има само један понуђач у Србији („Госпер“ д.о.о.) који је уједно и једини носилац Решења о упису у регистар медицинских средстава код АЛИМС.

Овај податак јавно је доступан на интернет страници АЛИМС-а, која је једини овлашћени орган за послове регистрације лекова и медицинских средстава, наиме као резултат претраживања медицинских средстава (<http://www.alims.gov.rs/ciril/medicinska-sredstva/pretrazivanje-medicinskih-sredstava/>) добија се информација да само један понуђач може да понуди горе наведени Фластер, одакле проистиче да је техничка спецификација партије 16 дискриминаторска и у супротности са чланом 12 ЗЈН.

Јасно нам је да наручиоци припремају техничку спецификацију у складу са својим потребама али ипак морају поштовати закон о јавним набавкама и једно од њихових основних начела, члан 10. начело обезбеђивања конкуренције.

Због нарушеног начела обезбеђивања конкуренције, молимо Вас да техничку спецификацију партије 16 ускладите са начелом обезбеђивања конкуренције ЗЈН.

Такође пратећи резултате предметно исте јавне набавке из године у годину у здравственим установама широм Србије, као и према подацима регистрованих медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије уочили смо да се за ставку 3 Партија 16 хипоалергијски јавља искључиво један понуђач (Госпер д.о.о.) који једино и има регистрован тражени фластер код АЛИМС, или даје ексклузивно овлашћење за учешће на тендеру и коришћење Решења АЛИМС само једном понуђачу, те Вас још једном молимо да у складу са чланом 12 ЗЈН дефинишете једнак положај понуђачима и издвојите из партије 16 ставку 3.

Из свега горе наведеног морамо да напоменемо да Наручилац може и да злоупотреби формирање предмета набавке тако што ће набавци предмета за који постоји отворена конкуренција на тржишту да прикључи нешто за шта одређени понуђач има искључиво право, уместо да тај предмет, за који постоји искључиво право, набавља посебно са одређеним понуђачем. На начин како је формирана партија 16 омогућено је да само један понуђач поднесе исправну понуду иако партија 16 обухвата ставку за које постоји отворена конкуренција и које су у знатно већој траженој количини од ставке 3.

Уколико имате искључиву потребу за ставком 3, можете је издвојити у посебну партију и тиме не нарушавати транспарентност целог поступка.

ОДГОВОР:

Комисија за јавну набавку је из техничких, организационих и функционалних разлога, као и стварних потреба Института направила спецификацију, при којој остаје и напомиње да има сазнања да више понуђача могу да понуде предметно добро из Партије 16.

ПИТАЊЕ:

Odredbama člana 8. stav 2. Modela ugovora Naručilac je predvideo obaveze dobavljača, navodeći, između ostalih i obaveze koje su ponuđači bili u obavezi da ispune u fazi podnošenja ponude (dostavljanje važećeg Rešenja ALIMIS o dozvoli za stavljanje u promet dobara koja se nude, dostava Rešenja Ministarstva zdravlja RS o bavljenju prometom medicinskim sredstvima, zahtev u pogledu dostavljanja ponude i u štampanom i u elektronskom obliku, dostava kataloga, kao i dostava uzoraka).

Kako su obaveze naznačene pod tačkama 2 do 7 stava 1. člana 8. Modela ugovora nisu obaveze koje su vezane za izvršenja ugovora o javnoj nabavci, već su obaveze koje su ponuđači morali da ispune u fazi podnošenja ponuda za dodelu ugovora o javnoj nabavci, molimo Vas da navedene tačke 2 do 7 stava 1. člana 8. brišete iz Modela ugovora.

ОДГОВОР:

Комисија за јавну набавку прихвата сугестију да се тачке 3 до 8 става 1. члана 8. Модела уговора бришу и напомиње да ће приликом израде уговора са изабраним понуђачима бити брисане тачке 3 до 8 става 1. члана 8. Модела уговора.

С тим у вези, Комисија напомиње да како сугестија не утиче на могућност потенцијалних понуђача да поднесу исправне понуде, Наручилац неће мењати конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ:

У вези са горе наведеним, молимо Наручиоца да изврши измене конкурсне документације и у погледу садржине члана 10. став 2. и 3. Модела уговора.

Odredbama stava 2. i 3. navedenog člana Modela ugovora određene su obaveze Dobavljača koje je on bio dužan da ispuni u fazi podnošenja ponuda, pre dodele ugovora i zaključenja istog, te zahtevanje Naručioца da se ponovo dostavlja dokumentacija koja je dostavljena prilikom podnošenja ponuda, predstavlja neopravdano opterećenje Dobavljača. Uvažavanje sugestije i izmena konkursne dokumentacije na predloženi način neće ostaviti Naručioца u nepovoljnijem položaju, i u opasnosti od pravne nesigurnosti, iz razloga što za dobavljača postoji zakonska obaveza, previdena odredbama člana 77. stav 7. Zakona o javnim nabavkama da bez odlaganja pismeno obavesti naručioца o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisan način.

ОДГОВОР:

Комисија за јавну набавку прихвата и ову сугестију и напомиње да ће став 2. и 3. члана 10. Модела уговора бити брисани приликом израде уговора са изабраним понуђачима, као и да због тога неће мењати конкурсну документацију, а из разлога што се тиме не утиче на могућност потенцијалних понуђача да поднесу исправне понуде.

ПИТАЊЕ:

У Јавној набавци број 31/2016, Јавна набавка добара-набавка санитетског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“ (Партија 2. Водоник пероксид 3% 1 литар), нудимо овај артикал као магистралан лек.

У табели где су наведени услови за учешће у поступку под редним бројем 5. између осталог тражи се и важеће Решење АЛИМС-а. Да ли је у случају магистралног лека, који не подлеже регистрацији код Агенције за лекове и медицинска средства, довољно доставити Решење Министарства здравља Републике Србије за апотеку која тај лек израђује?

ОДГОВОР:

Да, уколико апотека прави предметно добро из Партије 2 као магистрални лек, довољно је да достави Решење Министарства здравља Републике Србије за апотеку која тај лек израђује.

ПИТАЊЕ:

Да ли је прихватљиво за партију 43 доставити мишљење АЛИМС-а, јер се наведени производ не сматра медицинским средством, тако да за његов увоз није потребно прибавити Решење АЛИМС-а?

ОДГОВОР:

Уколико нико од понуђача не понуди добро регистровано у АЛИМС као медицинско средство, биће узета у обзир и понуда са Мишљењем АЛИМС.

ПИТАЊЕ:

Partija 53 – Set za kontinuiranu epiduralnu anesteziju, epiduralna igla od 18G, kateter fleksibilan a dovoljno čvrst kako bi se adekvatno kroz epiduralnu iglu aplikovao u epiduralni prostor. Epiduralna igla mora biti sa oštrim vrhom. Kateter 20G, 1000mm, sa 3 laterarna otvora, špric od 8ml bez otpora. Set da sadrži epiduralni filter 0,2um i fiksator.

Molimo vas da nam odgovorite da li ćete prihvatiti ponudu epiduralnog seta koji ispunjava sve ostale karakteristike tražene specifikacije samo što poseduje špric a 10ml a ne od 8ml?

ОДГОВОР:

Комисија за јавну набавку је из техничких, организационих и функционалних разлога, као и стварних потреба Института направила спецификацију, при којој остаје.

У Београду, 02.06.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ