

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон) достављамо одговор на постављено питање у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 68/2015 – „Сервис недијагностичких медицинских апарата, по спецификацији Наручиоца“

ПИТАЊЕ:

„U vezi Javne nabavke br.68/2015 Servis nedijagnostičkih medicinskih aparata imamo sledeća pitanja:

Partija 6. Ko je proizvođač i koji su tipovi Laminarne komore

Partija 12. Koji su regulatori ugrađeni u suve sterilizatore, dajte nam tip i proizvođača ugrađenih regulatora.

Da li se menja kompletan ventilator ili samo motor, dajte nam tip i proizvođača ugrađenih ventilatora.“

ОДГОВОР:

Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 68/2015 је јединствена и није обликована по партијама. Понуђач је у обавези да понуди све позиције захтеване у спецификацији конкурсне документације.

Техничком грешком у куцању на страни 24 у првој колони табеле остала је реч „партије“ а треба да стоји „Р. бр. позиције“. Кроз даљи текст конкурсне документације може се утврдити да набавка није обликована по партијама, тј. да је јединствена.

Позиција 6 „Ламинарна комора“ – комора је произвођача Termovent, шифра производа 1901.21.1050.001.0501, година производње 1987., тип плафонска Laminoflow комора (попут беле собе)

Позиција 12 “Стерилизатор суви (Instrumentarja Zagreb,Sutjeska)“ – Институт поседује суве стерилизаторе следећих произвођача: Сутјеска, Heraies, Vims, ENC+. У стерилизаторе уграђени су оригинални регулатори поменутих произвођача. Приликом замене потребно је мењати комплетан вентилатор са мотором.

У Београду, 19.10.2015. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ