

Бр. 1-214/6
18. 03. 2016 20 год
БЕОГРАД, Михаила Арамовића бр. 28
пощт. фах 65

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **JN 12/2016 – Набавка хемостатског материјала, коштаног воска и сетова за дренажу, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока)**, према спецификацији Наручиоца.

ПИТАЊЕ:

Obracamo Vam se sa molbom za pojasnjenje u vezi Javne Nabavke 12/2016 Nabavka hemostatskog materijala, kostanog voska I setova za drenazu, za potrebe sluzbe za hirurske intervencije (op bloka).

Naime, u partiji pod rednim brojem 8. Narucilac je izmedju ostalog naveo da "Set za vacuum drenazu rane.....treba imati vakum, tj., "negativan pritisak 90mmHg...". Obzirom da se vakumski pritisak standardno izrazava u cm H₂O (Pa), nase pitanje je, da li je Narucilac greskom naveo da traženi negativan pritisak/vakum bude izrazen u mmHg?

ОДГОВОР:

Naručilac će prihvati i vrednost negativnog pritiska (vakuma) izraženog i u paskalima (Pa).

U zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji, za pritisak telesnih tečnosti se najviše, skoro isključivo, koristi termin za vrednost izražen u mmHg. U skladu sa tim je i konkursna dokumentacija.

Naručilac će prihvati ponudu koja je izražena u mmHg ili Pa, u tačnoj vrednosti traženoj konkursnom dokumentacijom za partiju 8 (1mmHg je 133,32Pa, односно 90mmHg je 11999,013Pa).

ПИТАЊЕ:

Analizom konkursne dokumentacije za podnošenje ponuda, u otvorenom postupku za javnu nabavku – **Nabavka хемостатског материјала, коштаног воска и сетова за дренажу, за потребе службе за хируршке интервенције (OP блока), према спецификацији нaručioca, број JN 12/2016 за Partiju br.4** уочили smo određene nejasnoće, te bismo Vas zamolili za dodatne informacije u vezi sa pripremanjem ponude za предметнуjavnu nabavku.

Naime, u Partiji br. 4 **REGENERISANA OKSIDISANA CELULOZA, VLAKNASTO, FIBROZNOG TKANJA, apsorbujuća, 2,5x5cm ili 2,5x5,1cm** kao tražene dimenzije dobra navedene su **2,5x5cm ili 2,5x5,1cm**. Budući da je predviđeno odstupanje za dužinu celuloze 0,1 cm (dužina 5 ili 5,1cm), predpostavljamo da će biti prihvatljivo odstupanje u širini materijala za 0,1cm. Odnosno, prepostavljamo da proizvod dimenzija **2,6x5,1cm** kao takav zadovoljava traženu tehničku specifikaciju, obzirom da je odstupanje minimalno (<5%) što za ovu vrstu i grupu proizvoda u smislu preciznosti dimenzija proizvoda nema nikakav kvalitativni i upotrebnii značaj, odnosno korist za pacijenta.

ОДГОВОР:

Како су већ, једнозначно без толеранција и у апсолутној вредности, наведене димензије које су прихватљиве, Комисија за јавну набавку остаје при свом захтеву.